Spoldesinfektor, checklista, vårdhygiensk riktlinje

Desinfektorns inventarienr: .....

Klinik: ..... **Avdelning**: .....

Kontroll och underhåll omfattas av:

- att spolmunstyckena lätt kan rotera
- att dysorna och spjutens spolhål är rena och inte igensatta
- att rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck och skriv datum på dunken)
- att avloppet är fritt och eventuella galler/nät är rengjorda

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag