

 Region Örebro län Rehabilitering och hjälpmedel	Minnesanteckningar	Mötesdatum
		231026
Möte avsåg	Sortimentsgrupp elrullstol och ramper	Plats
Mötesledare		Konferensrum 1 CFH
		Sekreterare
		Gunnel Karlsson

Närvarande		
<input checked="" type="checkbox"/> Åsa Lindberg <input checked="" type="checkbox"/> Matilda Waern <input type="checkbox"/> Emma Lindgren <input checked="" type="checkbox"/> Viktoria Andersson <input checked="" type="checkbox"/> Susanne Almstedt <input type="checkbox"/> Marie Udd	<input checked="" type="checkbox"/> Annelie Berger <input checked="" type="checkbox"/> Åsa Svensson <input type="checkbox"/> Karin Gustafsson <input checked="" type="checkbox"/> Åsa Svensson	<input checked="" type="checkbox"/> Maria Matteusson <input checked="" type="checkbox"/> Torbjörn Persson <input checked="" type="checkbox"/> Gunnel Karlsson

Anteckningar från mötet

Föregående mötesanteckningar:

Gicks igenom.

Elrullstolar: Upphandling klar i avancerat sittande, start 231201. Ändring Permobil M5 tas bort ersätts med Permobil F5. Ny ståstol från LB Medical Ichair Sky.

Förvaring 10 grader för fullgod laddning, MDR och bruksanvisningar styr. Detta innebär att vi ändrar ny laddtemperatur, info kommer i nyhetsbrev.

FU/ Besiktning: Vid denna besiktning har hittills 4 stolar returtagits pga. att stolen ej körs i den utsträckning som den ska användas.

Bedömning av om stol ska lämnas ut igen? Arbetsterapeut kontaktas för kontakt med patient och ny bedömning. Om stolen lämnas ut igen så går det att ta hjälp av CFH och ny kontroll av körsträcka om stolen kan fortsätta användas kan göras på kortare tid tex ett halvår än nästa besiktning som är om ca 1 år.

Läkarutlåtandet, hur fungerar det? Tanken är att det ska lämnas arbetsterapeut – läkare. Det är ett utlåtande inget intyg.

Ur Nyhetsbrev nr 6: Läkarutlåtande elrullstol

Om du vill få stöd av läkare i din bedömning inför förskrivning av eldriven rullstol finns ett nu uppdaterat läkarutlåtande. Målet är att läkaren, på begäran från dig, ska kunna hämta utlåtandet direkt ur journalsystemet. Men det införandet dröjer lite eftersom Regionen just nu är inne i processen byte av journalsystem.

Blanketten för utlåtandet är framtagen utifrån de synpunkter som framkom under elrullstolsworkshopen och från läkarna i Medicinska rådet.

Fråga om informationsbrev angående besiktning, kan det förtydligas med att stolen kan bli kvar på CFH?

I dagsläget görs ingen förändring i skrivningen inför besiktningen.

Laddning Q300, laddningstid och laddnings/förvaringstemperatur, saknas i bruksanvisningen. Säljare är påtalad om problemet.

App finns till Permobil, brukare kan ladda ner och följa sin egen användning av stolen. CFH använder den ej i dagsläget, behöver ta ställning till patientsäkerhet och GDPR.

För CFH kan tex felkoder och larm på sikt vara till hjälp beroende på hur integritetsfrågor ska hanteras.

Power plattform, är namnet på den nya elektroniken i Permobil. En övergång kommer att ske succesivt beroende på inköp.

Fri från missbruk? Hur länge ska man vara drogfri? *Frågan ej klarlagd än.*

Nya Sterling (svart) har ny sits , fyrkantigare.

Ramper:

Upphandling är på G. En verksamhets och sortimentskartläggning är genomförd och ett upptaktsmöte. Nästa är produktvisning och kravspecifikationer den 28 och 29 november i Gävle.

Längd på tröskelramp: Kan beställa om du önskar en längre, kan förlängas med en modul, 25 cm.

I sortimentförteckningen ,vi ska byta ut bild på ramp 60695 och 62280 då båda dessa har ett litet överhäng mot tröskeln.

Angående hel ramp 3 meter, så finns den inte med i senaste upphandlingen, inga objekt lämnades in och enligt arbetsmiljöverket så väger de för mycket för att hanteras av enskild person.

WebSesam:

Kopiera in personnummer? Från journal till websesam, varför fungerar det inte?

Man får inte kopiera personnummer samt att fältet innehåller ett visst antal tecken, är då ett tecken ett bindestreck då faller en siffra bort.

Hemsidan:

[Hjälpmedel • Vårdgivare Region Örebro län \(regionorebrolan.se\)](https://regionorebrolan.se) bra startsida för att komma vidare på CFH.

Övriga frågor:

Emma Erensjö ny konsulent börjar 1 november.

HD stolens rygg - kolven fungerar dåligt på rekondade stolar. Släpper ibland, stannar inte kvar i läge, ryggen sjunker vid belastning.

Svar: Info från Rekond angående gaskolven. Man kan prova fälla ryggstödet från ytterläge till ytterläge ca 5 gånger för att det ska bli bra tryck i kolven. Om det fortfarande inte håller tryck så skicka in en avvikelse och stol för åtgärd.

Rostfläckar på Stapla Lätt, skav på armstöd, saknar clips. *Svar från rekond: har inte ändrar på krav hur ett hjälpmedel ska se ut efter rekond. Helt och rent och fullt funktionsdugligt. När det gäller avsaknad av clips så är det påtalat.*

HiLo infästningarna torra och spröda? *Svar: kommer att byta ut så det är nya delar som kommer med.*

Cross stolen ryggdelen fastskruvade så det är svårt att öppna upp. *Svar: De kan vara maskindragna från start från Etac. På rekond här är det mutter till höftvinkel som dras med momentnyckel utifrån anvisningar från Etac.*

Sterling Elit, är den nya känsligare i gasreglaget? *Svar: Nej efter test här i lägsta hastighet, någon liten skillnad på fart i högsta hastighet men ej i reaktion i reglaget.*

Joystick styrd elrullstol och svårighet att åka på och av ramp i färdtjänsten. *Svar: En träningssituation för patient och förskrivare. Ett alternativ är att komma till CFH och träna i teknikbanan på rampen som finns här.*

Nästa möte:

Torsdag 21 Mars 2024 kl 9.00-11.30, Konferensrum 1 CFH