



## Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte manuella rullstolar, dynor och drivaggregat

**Plats: Centrum för hjälpmedel**

Närvarande:

Från CFH:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Charlotte Carling | <input checked="" type="checkbox"/> Murat Cetin | <input checked="" type="checkbox"/> Emma Erensjö |
| <input type="checkbox"/> Pernilla Hedlund             | <input type="checkbox"/> Malin Jensen           |  |

Representanter från länet:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nina Thomsen, Karlskoga las.                  | <input type="checkbox"/> Sara Östlund, Karlskoga las.            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Charlotte Nilsson, Örebro          | <input checked="" type="checkbox"/> Fanny Clasén Nilfors, Örebro |
| <input type="checkbox"/> Carina Björnram, Kumla                        | <input type="checkbox"/> Kajsa Eliasson, Kumla                   |
| <input type="checkbox"/> , Hällefors                                   | <input type="checkbox"/> Camilla Sjöström, Lindesbergs las.      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Annelie Torpman Irebäck, Karlskoga | <input type="checkbox"/> Charlotta Nilsson, Karlskoga            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Malin Carlestav, USÖ               | <input type="checkbox"/> Susanna Fanell, Vuxenhab.               |

### 1. Status för de olika sortimentsområdena

#### Manuella rullstolar

Priorullstol med monterad elfunktion testades av förskrivaren. I ytterläget längst bak tippade stolen upp på tippskydden. CFH ska ta reda på om det finns det begränsningar för drivhjulsposition med monterad eltilt.

Hållaren för eltilten är inte alltid med vid förskrivning. Återkoppling till rekond att de måste bli mer uppmärksamma på detta.

Rullstol vid benbrott; Kan inte förskrivare be familjen att hämta när det finns en bokad tid samma dag för inprovning hos patient? Jo, när det finns en bokad tid går det bra.

Hur utförs kontrollen av lumbalryggens möjlighet att låsas fasts på Crossen? Särskilt på Cross 5:orna går ibland inte att justera för det gå inte att dra åt muttrarna ordentligt när man lossat dem. Frågan ska tas med till rekond.

Bromsvajrarna på Cross 6 VB är styva och sticker ut. Stor risk att man fastnar i saker och människor när man går.

När man använder polstring på fotplattan så tenderar den att falla ner på benet. Kan ha ändrat sig med den nyare polstringen. Vid test fungerar det bättre med nya polstringen.

Vi har tittat på statistik gällande förskrivningsmönster och då visar det sig att vi i Örebro förskriver många Crossar med långt sitsdjup, vilket förvånade gruppen. CFH ska titta lite närmare på statistiken och se vad det kan bero på och se vilka insatser som ska göras för att



ändra på det. Med nya Cross 6:an är det väldigt sällan en lång ram behövs eftersom den standarddjupa kan ställas in med 49 cm sitsdjup.

### Drivaggregat

Kriterierna; Innan förskrivning ska följande ha uteslutits: elrullstol. Kan vi nyansera texten lite här; Mer att elrullstol ska "beaktas"/ses som ett alternativ. I vissa ärenden är det inte helt jämförbara hjälpmedel.

### Dynor

Dynor i höjd 7-10 cm tryckfördelande saknas mest för snabb leverans. Men upplevelsen är att det är inköp, som ger längre leveranstider, på det mesta.

## **2. Utbildningar**

Sittande i komfortrullstol, den åldrande kroppen. 5 och 6 november. En heldag, teori på fm och mekning av Azalea på em. Info kommer i nästa nyhetsbrev. Anneli återkommer om bokning av lokal i Karlskoga.

## **3. Allmän information från CFH**

Murat Cetin kommer att sluta på CFH och börja arbeta på Klosterbacken. Gunnel Karlsson kommer att komma in på timmar och ta utprovningar av komfort- och allroundrullstolar medans rekrytering pågår.

Evelina Viscons har just börjat som hjälpmedelskonsulent i Kundtjänst.

Elisabeth Damberg kommer att sluta som enhetschef på CFH.

## **4. Övriga frågor**

## **5. Nästa möte**

25 nov 13:00